

質問書・回答書

名称	超純水製造装置		
公告日	平成30年12月17日	公告番号	上下水道局公告第35号
質問書提出期限	平成31年1月11日	開札日	平成31年1月22日

質問事項

装置、購入仕様書についてご質問がございます。
機種・型式はオルガノ社製「ピューリックω」が指定されておりますが
装置性能としてメルク社製「Milli-Q Integral 微量元素タイプ(ICP-MS)」問題ないと認識しております。
メルク社製の超純水装置は全国シェアにおいて約75%のシェアとなり既に他県の官公庁様、水道事業
体様にも大多数のご納入実績がございます。
メルク社製で応札させて頂くことで価格の競争になり1メーカーでの入札に比べてより低い落札価格に
なることが予想されます。
メルク社製「Milli-Q Integral 微量元素タイプ(ICP-MS)」での応札は可能でしょうか？
応札不可の場合はその理由も御教示いただければと思います。

回答欄

今回購入する超純水製造装置については、基本的な性能を満たすメーカーへの事前調査を行い、性能
及びコストの両面を総合的に判断した上で機種を選定しているため、公告されている機種以外での応
札はできません。