

## 質問回答書

名称	固相抽出装置 1式に係る一般競争入札		
公告日	令和2年12月24日	公告番号	上下水道局公告第68号
質問書提出期限	令和3年1月19日	開札日	令和3年1月26日

### 質問事項

仕様書の2-(2)の「ク」項に  
フッ素系化合物非接触機構  
各送液ユニットに対し、検体をフッ素系化合物に接触させずに固相カラムに送液できる取外し可能な送液機構を設置できること。  
とあり、また、同(3)参考型式の項の  
「ア」項に  
・PFAS 抽出用吸引送液キット AL898 用  
「イ」項に  
・SPC20D-WB PE 仕様ブラケット  
とあります。  
これらは、つまり「提供システムの通液ラインの部材をコネクタも含め全てテフロンを使用しない素材で提供すること」に相当しますでしょうか。

### 回答欄

仕様書2(2)クに定める仕様は、「各送液ユニットに対し、検体をフッ素系化合物に接触させずに固相カラムに送液できる取外し可能な送液機構を設置できること。」としており、検体が固相カラムを通過した後においてはこの限りではありません。  
仕様書に定める機能等を備える装置であれば、参考型式以外の機種・型式でも構いません。