

色濁計オートサンプラーAT48 ポンプユニット修理 仕様書

1 修理概要

色濁計（日本電色工業株式会社製 WA6000）のオートサンプラーにおいて、正常に試料等を吸引しない状況であることから、原因を調査し修理するもの。

2 履行期間

契約日から令和6年（2024年）7月31日まで

3 修理場所

熊本市中央区水前寺六丁目2番45号
熊本市上下水道局水運用課水質管理室

4 修理対象機器

日本電色工業株式会社製 濁度計・色度計用オートサンプラーAT48 ポンプユニット

5 修理内容

- （1）ポンプユニット内の吸引ポンプを交換すること。なお、交換部品は受注者で準備すること。
- （2）（1）に示す交換部品以外に故障原因がないか確認すること。
- （3）部品交換後、装置が正常に作動することを確認し、正常に測定が行えるよう調整すること。
- （4）修理期間中、ポンプユニットの代替機を貸出すこと。

6 支払条件

修理完了後、受注者から所定の請求を受けた日から30日以内に受注者指定口座へ振込を行う。

7 その他

- （1）交換によって不要になった部品は受注者が無償で引き取り、処分すること。
- （2）本業務により別途修理が必要と認められた場合は、直ちに発注者に報告し、その後の対応を協議すること。
- （3）受注者の責任による機器の故障や破損は受注者で賠償するものとする。
- （4）本仕様書に定めのない事項については、両者で協議のうえ決定するものとする。
- （5）受注者は、業務上知り得た事について、他人に公表、貸与又は使用してはならない。