

## 質問回答書(その 1)

名称	投込式水位計(花園第3マンホールポンプ場) 他2件		
公告日	令和5年6月29日	公告番号	上下水道局公告第43号
質問書提出期限	令和5年7月20日	開札日	令和5年7月28日

### 質問事項

既設機器と記載されている検出器(ML-122型)で提案したいのですが、仕様と一部相違がございます。

(相違点)

- ① 測定種類⇒投込式圧力式(差動トランス式)
- ② 精度⇒±0.5%F.S.
- ③ 使用温度範囲⇒-5~50℃(凍結しない状態)
- ④ 材質⇒本体・ダイヤフラム:SUS316  
ケーブル :耐熱ビニールシース

既設機器と同等品な為、現行通りで使用可能です。仕様とは違いますが、検出器(ML-122型)で提案させて頂いてもよろしいでしょうか。

### 回答欄

仕様書どおりの機器を納入してください。